


6. OKSIGEN



Merupakan alat yang dipasang kepada pasien untuk mencukupi kebutuhan oksigen, terdiri dari regulator (pengatur oksigen) dan selang oksigen. Lakukan hal-hal sebagai berikut bila terpasang oksigen:

- Sampaikan ke perawat jika selang oksigen terlepas atau tidak sesuai tempatnya
- Posisikan pasien setengah duduk atau senyaman pasien
- Sampaikan jika air oksigen berada dibawah garis minimal
- Jangan mengatur sendiri volume oksigen yang sudah ditetapkan oleh petugas
- Jangan mencabut selang oksigen

7. NEBULIZER



Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap untuk dihirup ke dalam paru-paru.

Lakukan hal-hal berikut jika terpasang nebulizer:

- sampaikan ke perawat jika obat sudah habis (cairan habis, atau sudah tidak ada asap yang keluar)
- Jangan mematikan sendiri alat nebulizer
- Jangan melepas masker nebul sebelum obatnya/cairan habis

8. DRAIN

merupakan alat yang dimasukan ke dalam luka untuk membantu mengeluarkan cairan (discharge/drainage) dari luka melalui bagian yang terbuka pada luka

Lakukan hal-hal berikut ini apabila terpasang Drain:

- Sampaikan ke perawat jika ada pembengkakan atau nyeri di daerah yang terpasang drain
- Sampaikan ke perawat jika cairan sudah penuh
- Sampaikan kepada perawat jika drain bocor
- Pastikan selang drain tidak terlipat
- Jangan membuang sendiri cairan di dalam tabung drain
- Jangan mencabut drain

PENGUNAAN PERALATAN MEDIS YANG AMAN DAN EFEKIF

RSUP dr. KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No 16 Semarang 50244
Fax. 024-8318617 Telp. 024-8413476
Call Center : 024-8450800
SMS Pengaduan : 08886509262
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id
Website : www.rskariadi.co.id



1. Infuse

Merupakan alat untuk memasukkan cairan, bisa berupa obat, vitamin, ataupun elektrolit ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah.

Lakukan hal ini saat terpasang infus:

- Sampaikan ke perawat jika akan ke kamar mandi, sehingga perawat dapat mematikan tetesan infuse sementara
- Tinggikan infuse lebih tinggi dari letak jantung
- Minta bantuan ke perawat jika akan mengganti pakaian
- Jangan mengatur tetesan infuse sendiri

2. NGT



Merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui

hidung sampai lambung

Lakukan hal-hal sebagai berikut saat terpasang NGT:

- Minta bantuan ke perawat untuk memasukkan cairan ke selang NGT/Sonde
- Jaga kebersihan selang NGT
- Jangan memberikan makanan/cairan sendiri melalui selang NGT
- Jangan mencabut selang NGT
- Jangan biarkan selang NGT terbuka/ tanpa tutup

3. DC (dower catheter/ selang pipis)



merupakan sebuah alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk membantu mengosongkan kandung kemih.

Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal:

Lakukan hal-hal sebagai berikut saat anda

- Jaga kebersihan selang dan organ tubuh disekitar selang DC
- Buang urine sebelum kantong terlalu penuh
- Minta perawat untuk mengajari cara membuang cairan urine jika belum mengetahui caranya
- Pastikan selang DC tidak dalam posisi tertekuk
- Laporkan perawat jika perut terasa kencang/ tetap terasa ingin berkemih
- Jangan melepas/ mencabut selang DC sendiri

4. SYRINGE PUMP



Merupakan pompa elektronik digital yang berfungsi mengatur laju keluar cairan dari alat suntik, sehingga volume dan waktunya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan atau resep dari dokter

Lakukan hal-hal berikut jika terpasang syringe pump:

- Sampaikan ke perawat jika cairan di syringe sudah habis
- Laporkan perawat jika ingin ke kamar mandi
- Jangan mematikan alat syringe pump sendiri
- Jangan mengatur sendiri dosis yang sudah ditetapkan oleh petugas

5. WSD (water sealed drainage)



Merupakan suatu tindakan pemasangan kateter pada rongga thoraks, rongga pleura, mediastinum dengan tujuan untuk mengeluarkan udara atau cairan dari rongga tersebut.

Lakukan hal-hal berikut jika terpasang WSD:

- Sampaikan ke perawat jika cairan sudah terisi penuh ditabung WSD
- Sampaikan ke perawat jika sesak nafas bertambah
- Pastikan selang tidak terlipat
- Jangan membuang sendiri cairan yang ada di tabung WSD
- Jangan mencabut selang WSD